



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

Gara informale per l'affidamento della "Investimento straordinario per il ripristino della corretta operatività della Rete Idrotermopluviometrica Tradizionale e successiva manutenzione - Anni 2018 - 2021".

CIG 7250395F37

Quesiti di interesse Generale (F.A.Q.)

N. 3, N. 4, N.5, N. 6 e N. 7

del 2 febbraio 2018

QUESITO N. 3.

DOMANDA.

Si richiede di confermare la necessità di eseguire riparazioni elettroniche sulle schede 3810 in caso di guasto sulla componentistica. In caso affermativo, si richiede la disponibilità degli schemi elettrici e delle schede.

RISPOSTA.

Si conferma la richiesta di eseguire riparazioni elettroniche sulle schede delle stazioni elettroniche SIAP 3810.

Gli schemi elettrici o le schede nuove non sono nella disponibilità di ARPAS, pertanto essi dovranno essere reperiti in maniera autonoma dall'Appaltatore. Qualora la Stazione Appaltante reperisca schede usate oppure schemi elettrici, essi saranno messi a disposizione dell'Appaltatore.

QUESITO N. 4.

DOMANDA.

In riferimento alla fornitura del software di gestione, si richiede di confermare che il medesimo sarà installato su infrastruttura già in disponibilità della Stazione Appaltante, pertanto non è richiesta la fornitura di alcuna componente infrastrutturale (server, connettività, firewall etc..).

RISPOSTA.

Il software richiesto, in particolare *Il Portale della Rete Tradizionale* descritto al cap. 27 del Capitolato di Gara, potrà essere installato su un'infrastruttura già in disponibilità della Stazione Appaltante oppure potrà essere installato su una macchina nuova offerta dall'Appaltatore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

Qualora l'Appaltatore scelga di installare il software su un'infrastruttura già in disponibilità della Stazione Appaltante, egli dovrà sviluppare e installare il software su un sistema operativo (MacOSX oppure Linux oppure Windows) indicato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore scelga di offrire una macchina nuova, egli potrà, in sede di offerta, proporre il sistema operativo per la suddetta macchina, scegliendo tra MacOSX (preferibile) oppure Linux oppure Windows.

QUESITO N. 5.

DOMANDA.

La pulizia straordinaria dei siti ospitanti una stazione termopluviometrica (cap. 7) oppure la manutenzione ordinaria di una stazione termopluviometrica (cap. 17) includono l'eventuale potatura di alberi che ostacolano la misura o l'operatività della stazione termopluviometrica o l'accesso ad essa?

RISPOSTA.

La Stazione Appaltante potrà richiedere una simile attività di concerto col proprietario del sito ospitante la stazione termopluviometrica. L'Appaltatore potrà richiedere l'autorizzazione a svolgere eventuali operazioni di potatura, ma non potrà farlo senza una previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 6.

DOMANDA.

La riparazione straordinaria di una stazione termopluviometrica (cap. 24) potrà includere l'eventuale consolidamento del basamento sul quale è installato il treppiede, se pericolante?

RISPOSTA.

La Stazione Appaltante potrà richiedere una simile attività di concerto col proprietario del sito ospitante la stazione termopluviometrica. L'Appaltatore potrà richiedere l'autorizzazione a svolgere eventuali operazioni di consolidamento del basamento, ma non potrà farlo senza una previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 7.

DOMANDA.

In riferimento alla durata totale di FASE 1, la cui riduzione è soggetta al punteggio del criterio 1.a come definito nell'art. 11 del Disciplinare di gara, si richiede di confermare che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

la durata massima prevista sia pari a 7 (sette) mesi, come definito nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

RISPOSTA.

La durata massima prevista per la Fase 1 è pari a 7 (sette) mesi, come riportato sul Capitolato di Gara.

L'indicazione di 12 mesi riportata a pagina 4 della Relazione di Accompagnamento è un mero errore materiale. Pertanto, quanto riportato a pagina 4 della Relazione di Accompagnamento deve essere letto come segue: *“L'intervento straordinario di ripristino della corretta funzionalità della Rete Tradizionale dovrà concludersi entro 7 mesi dalla consegna delle attività”*.

F.to il Responsabile Unico del Procedimento

Alessandro M. S. Delitala