

DELIBERAZIONE N. 20

ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 13 GEN. 2015

Oggetto: Conferma Esclusione operatori economici SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL, BECKMAN COULTER S.R.L., ROCHE DIAGNOSTICS SPA - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura quadriennale in service della diagnostica del settore Chimica Clinica e Proteine specifiche, destinata alle esigenze del Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Mercato elettronico della P.A - Piattaforma informatica CSAMed SRL - Numero Gara ANAC: 5591542 - CIG: 57539738B9

Il Direttore Amministrativo certifica che la deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria a partire dal 13 GEN. 2015, restando in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per le consultazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Pietro Tamponi
dal Direttore Sanitario sostituto Dott. Giuseppe Ortu

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

VISTI il D.Lgs. 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il D.P.R. 2010, n. 207 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

PREMESSO

^ che con Deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 9 maggio 2014 è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, per l'aggiudicazione di una fornitura quadriennale in service della diagnostica del settore Chimica Clinica e Proteine specifiche, destinata alle esigenze del Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

^ che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66, D.Lgs. 2006, n. 163;

^ che tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è stata pubblicata sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nonché sul sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna;


^ che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata stabilita nella data del 7 luglio 2014;

^ che ai fini di quanto disposto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., "Tracciabilità dei flussi finanziari" i CIG relativi alla procedura sono i numeri: 57539738B9 (Lotto 1);

^ che entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute tre candidature da parte degli operatori economici SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL, BECKMAN COULTER S.R.L., ROCHE DIAGNOSTICS SPA;

^ che con Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 10 luglio 2014 sono stati nominati il seggio di gara e la Commissione giudicatrice preposti all'espletamento delle operazioni connesse alla procedura in oggetto;

DATO ATTO che nel corso della seduta pubblica del 29 luglio 2014, di cui al verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, il seggio di gara ha verificato la sussistenza, la completezza e la regolarità dei file relativi alla documentazione amministrativa e tecnica, inseriti nel sistema informatico dagli operatori economici partecipanti entro il termine di scadenza stabilito, determinando quindi di ammettere i soggetti suddetti alla fase successiva della procedura;



VISTA la documentazione presentata dall'operatore economico SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL, sorteggiato ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 2006, n. 163, attestante il possesso dei requisiti di capacità - economica e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di presentazione delle offerte;

DATO ATTO che nel corso della seduta riservata dell'8 gennaio 2015, di cui al verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la Commissione giudicatrice ha disposto l'esclusione di tutti i soggetti partecipanti per difetto di una caratteristica tassativa prevista dal capitolato tecnico;

VISTE la note PG/2015/227-229-230 del 9 gennaio 2015, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui il RUP ha comunicato l'esclusione, rispettivamente, degli operatori economici ROCHE DIAGNOSTICS SPA, BECKMAN COULTER S.R.L., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL;

RITENUTO che la stazione appaltante, a seguito dei controlli di legittimità e merito effettuati, deve procedere con la conferma del provvedimento di esclusione degli operatori economici ROCHE DIAGNOSTICS SPA, BECKMAN COULTER S.R.L., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL, disposto dalla Commissione giudicatrice nella seduta dell'8 gennaio 2015 e comunicato dal RUP con note PG/2015/227-229-230 del 9 gennaio 2015;

DATO ATTO che la stazione appaltante non dispone l'aggiudicazione della procedura in oggetto;

Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

1. di confermare il provvedimento di esclusione degli operatori economici ROCHE DIAGNOSTICS SPA, BECKMAN COULTER S.R.L., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL, disposto dalla Commissione giudicatrice nella seduta dell'8 gennaio 2015 e comunicato dal RUP con note PG/2015/227-229-230 del 9 gennaio 2015;
2. di non aggiudicare la procedura in oggetto;
3. di provvedere ai sensi dell'art. 79, D.Lgs. 2006, n. 163 e ss.mm.ii. alle comunicazioni ivi indicate.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Tampogni

Il Direttore Sanitario sostituto
Dott. Giuseppe Ortu

Il Commissario Straordinario
Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras

Allegati:

- Verbali delle sedute del seggio di gara e della commissione giudicatrice.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**



OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 2006, N. 163, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DELLA DIAGNOSTICA DEL SETTORE CHIMICA CLINICA E PROTEINE SPECIFICHE, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

VERBALE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il giorno 29 luglio 2014 alle ore 12:10 presso i locali del Servizio Provveditorato ed Economato dell'A.O.U. di Cagliari, P.O. San Giovanni di Dio, si è riunito il seggio di gara, nominato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 700 del 10 luglio 2014 nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Maria Teresa Piras in qualità di Presidente del Seggio
- Sig.ra Loredana Scano in qualità di Testimone
- Dott. Alberto Raimondi in qualità di Testimone con funzione di Segretario;

ai fini dell'espletamento delle operazioni relative alla procedura in oggetto

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 9 maggio 2014 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per l'acquisizione della fornitura in oggetto, da espletarsi tramite il mercato elettronico della P.A., sulla piattaforma informatica CSAMed SRL (Albo fornitori AOU Cagliari);
- che nel disciplinare di gara è stato stabilito quale termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell'offerta economica telematica il giorno 7 luglio 2014 ore 13,00;
- che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, con atto deliberativo n. 700 del 10 luglio 2014, si è provveduto a nominare il seggio di gara e la Commissione giudicatrice preposti all'espletamento delle operazioni di gara;
- che è stato comunicato agli operatori economici partecipanti l'avviso della convocazione del seggio di gara ai fini dell'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa e tecnica.

Tutto ciò premesso, il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa Maria Teresa Piras, assume la Presidenza del seggio di gara e comunica ai soggetti presenti che, entro il termine di scadenza sopra indicato, risultano pervenute e caricate sul sistema informatico tre candidature da parte dei seguenti operatori economici:



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Beckman Coulter S.r.l.;
2. Roche Diagnostics SpA;
3. Siemens Healthcare Diagnostics srl.

Si prosegue quindi con l'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa e tecnica.

Verificata la conformità della predetta documentazione rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, sono dichiarati ammessi alla successiva fase della procedura tutti i soggetti partecipanti.

Il Presidente procede, al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, ai sensi dell'art. 48, D.lgs. 2006, n. 163, al sorteggio telematico di un numero pari al 10% dei soggetti partecipanti. Pertanto, risulta sorteggiato un unico operatore economico e segnatamente: Siemens Healthcare Diagnostics srl.

Il Presidente dispone che la documentazione tecnica sia trasmessa alla commissione giudicatrice ai fini della relativa valutazione in seduta riservata.

I lavori terminano alle ore 13:00.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Mauro Teresa Mas

IL TESTIMONE Loredana Scano

IL TESTIMONE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO Alberto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
Tel. 070 / 6092130- Fax 070/6092288



OGGETTO:PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 2006, N. 163, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DELLA DIAGNOSTICA DEL SETTORE CHIMICA CLINICA E PROTEINE SPECIFICHE, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

VERBALE
VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 9,30 presso i locali del Laboratorio Analisi dell'A.O.U. di Cagliari, P.O. San Giovanni di Dio, Via Ospedale, 54 Cagliari, si è riunita la Commissione di gara, in seduta riservata, nominata con atto deliberativo n. 700 del 10 luglio 2014 , nelle persone dei signori:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Dott. Ferdinando Coghe | in qualità di Presidente |
| - Dott.ssa Marisa Pautasso | in qualità di Componente |
| - Dott.ssa Fulvia Pittau | in qualità di Componente |
| - Dott. Alberto Raimondi | in qualità di Segretario |

ai fini dell'espletamento delle operazioni relative alla procedura in oggetto

PREMESSO

- che è richiamato integralmente il contenuto del verbale relativo alla seduta del seggio di gara del 29 luglio 2014;
- che nella medesima seduta del 29 luglio 2014 è stata disposta l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti alla successiva fase della procedura.

Tutto ciò premesso, il Presidente dispone l'avvio delle operazioni di valutazione tecnica, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione dà atto che il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.lgs. 2006, n. 163).

Si procederà, pertanto, ad effettuare la valutazione tecnica delle offerte ammesse a tale fase della procedura in relazione alle caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare e nel capitolato tecnico di gara.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
Tel. 070 / 6092130- Fax 070/6092288



La Commissione concorda, altresì, che ogni decisione e conseguente valutazione avverrà esclusivamente in seduta collegiale.

La Commissione procede con le operazioni di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, riservandosi l'eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti che si rendano necessari durante il proseguo dei lavori.

La Commissione giudicatrice dispone l'esclusione di tutti i soggetti partecipanti per difetto della seguente caratteristica tassativa prevista dal capitolato tecnico: “ **I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:...5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento...**”.

Il Presidente della Commissione dispone che il provvedimento di esclusione sia comunicato ai soggetti partecipanti.

La Commissione conclude i lavori alle ore 11,00.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia

Via Ospedale 54 - 09124 Cagliari

Primario: Dr. Ferdinando Coghe

Telefono 070.6092219 – Fax 070.609.2224



Valutazione tecnica gara Chimica Clinica:

SPECIFICA TECNICA e QUALITATIVA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI	Roche	Siemens	Beckman
Offerta che preveda 2 (due) analizzatori multiparametrici in grado di effettuare, oltre alla chimica clinica, anche gli altri parametri richiesti.	Assente : punti 0 Presente: punti 10			
Livello di automazione e caratteristiche innovative e qualitative degli strumenti offerti (In particolare saranno considerate: 1- cadenza analitica, intesa sia come numero di campioni analizzabili in un'ora , sia come numero totale di test effettuabili in un'ora; 2- possibilità di caricare reagenti, controlli e calibratori durante i cicli analitici senza fermare lo strumento; 3- flessibilità; 4- Caratteristiche delta/e tecnologia/e di indagine utilizzata/e; 5- possibilità di caricare il maggior numero possibile di campioni STAT in corsie dedicate; 6- Rilevazione automatica dei campioni itterici, emolizzati, ipemici; 7- rilevazione automatica, con segnalazione, della presenza di provette campione ancora tappate; 8 – Sistema di rilevazione sonda ostruita da coagulo, fibrina, gel, campione iperviscoso, altro, con segnalazione del campione; 9- Sensore di livello della provetta primaria; 10- possibilità di Auto calibrazione e Auto CQ).	Da punti 0 a punti 10			
Reflex test automatico e pre-diluizione automatica in caso di dosaggio di proteine plasmatiche, campioni fuori scala.	Assente :punti 0 Presente:punti 10			
Possibilità di gestione permanente on- board (indicare il tempo di permanenza: non deve essere inferiore a 72 ore) dei controlli e dei calibratori in ambiente refrigerato e con il materiale contenuto in provette o flaconi che non sia esposto per evitare contaminazione ed evaporazione.	Da punti 0 a punti 10			
Stabilità dei reagenti sull'analizzatore dal momento del loro caricamento (le ditte dovranno specificare la <u>stabilità minima a bordo dello strumento dal momento in cui la confezione viene caricata on board</u> . ATTENZIONE: qualora non sia fornito il dato, o sia fornito solo per una parte dei reagenti offerti, la commissione attribuirà, per questa voce, punti zero)	Da punti 0 a punti 10			
Principio di dosaggio per l'analisi delle proteine specifiche (turbidimetrico, nefelometrico, altro), sensibilità e specificità analitica di ogni test.	Da punti 0 a punti 10			
Totale punti	Punti Assegnabili 60			

Nessuna delle ditte partecipanti ha superato il controllo con esito positivo; nessuna delle offerte esaminate rispetta quanto stabilito al punto 5) delle caratteristiche previste per reagenti come riportato nel capitolato tecnico (.....I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:.....

1.
2.
5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento;).

La commissione

Dr.ssa Marisa Pantasso

Dr.ssa Fulvia Pittag

Dr. Ferdinando Coghe



PG/2015/227

Cagliari, 9 gennaio 2015


Spett.le Roche Diagnostics SpA

Oggetto: Esclusione operatore economico Roche Diagnostics SpA - Comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. b) D.Lgs. 2006, n. 163 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 2006, N. 163, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DELLA DIAGNOSTICA DEL SETTORE CHIMICA CLINICA E PROTEINE SPECIFICHE, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Si comunica l'esclusione dell'operatore economico Roche Diagnostics SpA dalla procedura di evidenza pubblica in oggetto, in quanto la Commissione giudicatrice, nominata con Delibera D.G. n. 700 del 10 luglio 2014, ha rilevato nella seduta dell'8 gennaio 2015 il difetto della seguente caratteristica tassativa prevista dal capitolato tecnico: "*I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:...5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento.*".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot.ssa Maria Teresa Piras



PG/2015/229

Cagliari, 9 gennaio 2015


Spett.le Beckman Coulter S.r.l.

Oggetto: Esclusione operatore economico Beckman Coulter S.r.l. - Comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. b) D.Lgs. 2006, n. 163 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 2006, N. 163, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DELLA DIAGNOSTICA DEL SETTORE CHIMICA CLINICA E PROTEINE SPECIFICHE, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Si comunica l'esclusione dell'operatore economico Beckman Coulter S.r.l. dalla procedura di evidenza pubblica in oggetto, in quanto la Commissione giudicatrice, nominata con Delibera D.G. n. 700 del 10 luglio 2014, ha rilevato nella seduta dell'8 gennaio 2015 il difetto della seguente caratteristica tassativa prevista dal capitolato tecnico: “ *I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:...5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento.*”.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa Piras



PG/2015/230

Cagliari, 9 gennaio 2015

Spett.le Siemens Healthcare Diagnostics srl

Oggetto: Esclusione operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics srl - Comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. b) D.Lgs. 2006, n. 163 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 2006, N. 163, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DELLA DIAGNOSTICA DEL SETTORE CHIMICA CLINICA E PROTEINE SPECIFICHE, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Si comunica l'esclusione dell'operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics srl dalla procedura di evidenza pubblica in oggetto, in quanto la Commissione giudicatrice, nominata con Delibera D.G. n. 700 del 10 luglio 2014, ha rilevato nella seduta dell'8 gennaio 2015 il difetto della seguente caratteristica tassativa prevista dal capitolato tecnico: "*I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:....5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento.*".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa Piras