

Allegato – “A”:

1. Nome dello strumento: _____ ;
2. Anno di immissione in commercio: _____ ;
3. Specificare se la strumentazione offerta é nuova o ricondizionata : _____ ;
4. Specificare se la strumentazione offerta è da banco: _____ ;
5. Caricamento dei campioni mediante random access: ☐ sì ☐ no
6. Caricamento continuo dei reagenti: ☐ sì ☐ no
7. Possibilità di analizzare almeno 30 campioni per seduta analitica: ☐ sì ☐ no
8. Curva di calibrazione stabile almeno per la durata del lotto: ☐ sì ☐ no
9. Lettore di barre code: ☐ sì ☐ no
10. Cadenza analitica (specificare i test / ora): _____
11. Primo risultato dal momento dello start: _____
12. Ha il sensore di livello campione : ☐ sì ☐ no
13. Effettua la diluizione del campione automaticamente, qualora necessario: ☐ sì ☐ no